

Mława, dnia 26.10.2021r.

Nasz Znak SPZOZ L.dz. 22.83./2021

Dotyczy: zapytania ofertowego pod nazwą „Dostawa Aparatu USG”

NUMER SPRAWY SPZOZ L.dz. 2174/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada na zadane pytania:

1. Ad. Załącznik nr 3 – wzór umowy § 5 ust. 3 pkt. 2)

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Sprzedawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do: wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu” na „Sprzedawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do: wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego trzykrotnej naprawy”?

Odp. Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian

2. Ad. Załącznik nr 3 – wzór umowy § 5 ust. 3 pkt. 1)

Czy Zamawiający usunie zapis dotyczący odnotowania czynności serwisowych w karcie gwarancyjnej?

Odp. Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian

3. Ad. Załącznik nr 3 – wzór umowy § 5 ust. 4 pkt. 2)

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Sprzedawca zobowiązuje się do: naprawy gwarancyjnej urządzeń w czasie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia” na „Sprzedawca zobowiązuje się do: naprawy gwarancyjnej urządzeń bez konieczności użycia części zamiennych z zagranicy w czasie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w czasie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis

4. Ad. Załącznik nr 3 – wzór umowy § 5 ust. 10

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności i naprawy Przedmiotu Umowy” na „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności i naprawy Przedmiotu Umowy, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis

5. Ad. Załącznik nr 3 – wzór umowy § 4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis § 4 ust. 2 wzoru umowy

DYREKTOR

Waldemar Rybak