

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie obsługi serwisowej tomografu komputerowego Optima 520

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Regon 000302474 NIP 569-14-26-619
Tel. 23 654-32-40
Godziny urzędowania: 7.30-15.00

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Optima 520 zgodna z wytycznymi zawartymi w załączniku do niniejszego ogłoszenia w postaci projektu umowy, zakresu oferty oraz czynności.

II. WARUNKI UDZIAŁU

1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę lub doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy składający oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem czytelnym (komputerowym).
4. Każda strona oferty wraz z załącznikami winna być ponumerowana oraz podpisana przez upoważnione osoby (KRS i pełnomocnictwo wymagane wraz z ofertą).

5. Wszelkie poprawki muszą być zaparafowane własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
6. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, wymagane jest aby niniejsza kopia posiadała adnotację „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINALEM”.
7. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, także nie wymienione w niniejszym zapytaniu a mające wpływ na ostateczną cenę oferty.
8. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: zamowienia@szpitalmlawa.pl
10. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres zamowienia@szpitalmlawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 05.05.2022r.
11. Oferta złożona drogą elektroniczną winna zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
12. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
13. Kryteriami oceny ofert są cena (wariant I umowy dwuletniej / wariant II umowy trzyletniej*) oraz dotychczasowa współpraca

DYREKTOR

Waldemar Rybak

*do wyboru przez Zamawiającego

**KOORDYNATOR
ZAKŁADU LOGISTYKI**
Agnieszka Malinowska

1	2	3	4
Zakres oferty dla Optima 520		Wariant I Wartość dwuletniej umowy	Wariant II Wartość trzyletniej umowy
<p>1. Przeglądy okresowe TK: - zakres oraz ilość zgodna z zaleceniami producenta</p> <p>2. Przeglądy okresowe stacji opisowej - zakres oraz ilość zgodna z zaleceniami producenta</p> <p>3. Części zamienne: - oferty na części zamienne będą każdorazowo przedstawiane do akceptacji Klienta</p> <p>- dostępność: do 3 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki i akceptacji kosztorysu naprawy, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych</p>	TAK zł. brutto zł. brutto
<p>4. Warunki realizacji</p> <p>a. dojazd do przeglądów w cenie oferty</p> <p>b. diagnostyka zdalna i pomoc techniczna w cenie oferty</p> <p>c. dodatkowa diagnostyka i naprawy w cenie oferty</p> <p>d. dojazd do zgłoszonej awarii w cenie oferty</p> <p>e. czas reakcji</p>	TAK zł. brutto zł. brutto
<p>5. Warunki płatności (płatność na koniec każdego miesiąca w 12 równych ratach)</p>	<p>harmonogram przeglądów, diagnostyka do 48h przy aparacie, zdalna do 2rbh</p> <p>30 dni po wystawieniu faktury</p>		

Przyjmujemy do wiadomości, iż przedmiotem oferty jest: pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego GE Optima CT 520 wraz z urządzeniem towarzyszącym tj. lekarską stacją diagnostyczną AW. W ramach przedmiotowego serwisu zawiera się zdalna diagnostyka oraz dojazd i praca inżyniera na miejscu przy aparacie. Całość czynności obejmuje wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, diagnostyki, naprawy i wymiany uszkodzonych części w celu utrzymania pełnej sprawności działania aparatu i niezbędnej komunikacji pomiędzy jego konsolą operatora a lekarską stacją diagnostyczną AW i serwerem RIS/PACS/Worklist.

Wymiana części odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego odrębnej oferty przedstawionej maksymalnie do końca następnego dnia roboczego po zakończeniu diagnostyki, w szczególności wg zasad określonych w §3 ust. 2 umowy serwisowej.

Oświadczamy, iż w przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dana oferta jest za droga Zamawiający będzie uprawniony zakupić części u innego Wykonawcy w związku z czym zobowiązujemy się do montażu niniejszych części w ramach niniejszej umowy.

Oświadczmy, że posiadamy uprawnienia i zobowiązujemy się do serwisowania tomografu zgodnie z zaleceniami producenta TK oraz informacjami zawartymi w załącznikach do niniejszego rozeznania cenowego jak także na warunkach opisanych w projekcie umowy.



Dodatkowy zakres czynności, który winien uwzględnić Wykonawca w swojej ofercie.

Zakres czynności serwisowych dla w/w tomografu obejmuje (trzy przeglądy/rok):

- 1) ogólny przegląd konsoli
- 2) czyszczenie wentylatora konsoli
- 3) sprawdzanie dzienników zdarzeń oprogramowania
- 4) sprawdzanie integralności systemu operacyjnego
- 5) przeprowadzanie testów głównych funkcji klawiatury
- 6) weryfikację poprawności działania układów chłodzenia konsoli
- 7) czyszczenie urządzeń peryferyjnych (napędy zewnętrzne, mysz, trackball)
- 8) smarowanie głównego łożyska gantry
- 9) czyszczenie szczotek slpringu
- 10) kontrolę stopnia zużycia szczotek slpringu
- 11) czyszczenie slpringu
- 12) czyszczenie obudów slpringu i podstawy gantry
- 13) kontrolę integralności ścieżek slpringu
- 14) czyszczenie elektronicznych układów detektora
- 15) czyszczenie filtrów detektora
- 16) czyszczenie powierzchni detektora
- 17) weryfikację mierników prądu i wysokiego napięcia
- 18) weryfikację rezystora układu pomiaru prądu i wysokiego napięcia
- 19) czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG
- 20) kontrolę układów PDU
- 21) czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU
- 22) sprawdzenie połączeń elektrycznych układów PDU
- 23) kontrolę stanu układu leżanki
- 24) smarowanie prowadnic leżanki
- 25) kontrolę stanu układu napędu dodatkowego modułu przesuwu stołu
- 26) smarowanie prowadnic dodatkowego modułu przesuwu stołu
- 27) weryfikację poprawności działania wyłączników awaryjnych konsoli
- 28) weryfikację poprawności działania wyłączników awaryjnych gantry
- 29) weryfikację poprawności działania wyłączników awaryjnych PDU
- 30) weryfikację poprawności działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu
- 31) weryfikacji/ę poprawności działania sensorów dotykowych stołu
- 32) kontrolę jakości obrazu
- 33) kalibracja
- 34) czyszczenie okna skanowania
- 35) czyszczenie powierzchni detektora
- 36) Sprawdzenie logów systemowych pod względem błędów krytycznych
- 37) Sprawdzenie stanu technicznego lampy rtg (poziom zużycia, ilość ewentualnych błędów ekspozycji)
- 38) Wydawanie certyfikatu sprawności urządzenia za każdym razem kiedy jest dokonywana jakakolwiek naprawa lub przegląd.
- 39) Zapewnienie ciągłości działania lampy RTG
- 40) Wykonywanie testów akceptacyjnych każdorazowo po wymianie lampy
- 41) Diagnostyka urządzenia w przypadku uszkodzenia lampy rtg
- 42) Zdalna diagnostyka urządzenia – przez cały okres trwania umowy

- 43) Wykonywanie testów specjalistycznych raz do roku oraz dodatkowo po każdej wymianie lampy.
- 44) Call-serwis – nielimitowanych konsultacji telefonicznych w godzinach 8⁰⁰-20⁰⁰ (7 dni w tygodniu)
- 45) Prowadzenie pełnej ewidencji dokonanych napraw i przeglądów oraz z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 7 dni roboczych) informowania Zamawiającego i uzgadniania z nim dokładnych terminów planowanych przeglądów.

Zakres czynności serwisowych dla w/w stacji lekarskiej obejmuje (jeden przegląd/rok):

- 1) sprawdzenie poprawności działania zainstalowanego oprogramowania (baza danych, aplikacja),
- 2) czyszczenie wnętrza konsoli oraz filtrów
- 3) czyszczenie urządzeń peryferyjnych (klawiatura, mysz),
- 4) regulacja parametrów pracy monitorów

UMOWA NR SPZOZ DZP .../2022

zawarta w dniur. w Mławie

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

reprezentowanym przez

Waldemara Rybaka - Dyrektora

a

.....

zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

reprezentowanym przez

.....

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest ...-miesięczna obsługa serwisowa dokonywana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego *tomografu komputerowego Optima 520* produkcji GE.
2. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do serwisu tomografu na warunkach niniejszej umowy oraz złożonej oferty, która stanowi załącznik do umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z jego realizacją oraz m.in. koszty odbioru i utylizacji zużytych / wymienianych części, koszty wykonywania testów specjalistycznych, koszty okresowych przeglądów serwisowych, podatek VAT, robociznę, dojazd itp.

§ 2. WARUNKI OBSŁUGI SERWSOWEJ

1. Dokładny termin przeglądów serwisowych będzie każdorazowo uzgadniany między stronami.
2. Wykonywanie prac będących przedmiotem umowy odbywać się będzie w dniach roboczych, w godzinach 8.30 – 17.00
3. W przypadku awarii tomografu Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie do 48 godzin od pisemnego zgłoszenia (dopuszcza się powiadomienie w formie e-mail), zdalny czas reakcji do 2 rbh.

4. Zamawiający zapewnia Wykonawcy zdalny dostęp do aparatu do celów serwisowych. Wykonawca gwarantuje, że wykorzystanie tego połączenia w celach serwisowych nie naruszy wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii zostanie sporządzona karta pracy zawierająca datę wykonania obsługi oraz zakres wykonanych prac.
6. Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę podpisania karty pracy.
7. Wszystkie wymontowane i wymienione części przechodzą na własność Wykonawcy, w momencie wykonania przedmiotu umowy.
8. Integralnymi częściami umowy są Umowa powierzenia danych - załącznik nr 3 do niniejszej umowy, Klauzula informacyjna - załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz Formularz zgłoszenia naruszenia dla podmiotu przetwarzającego - załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

§ 3. CENA UMOWY

1. Strony uzgadniają łączną cenę ...-miesięcznej obsługi serwisowej przedmiotu umowy na zł netto / zł brutto tj. zł netto miesięcznie / zł brutto miesięcznie.
2. Cena ...-miesięcznej obsługi serwisowej jest stała i nie może ulec zmianie podczas trwania umowy.
3. W przypadku potrzeby wymiany dodatkowych części zamiennych o wartości powyżej 2 000,00 zł brutto, koszt oraz wymiana tych części powinna być każdorazowo uzgadniana i akceptowana przez Zamawiającego.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca raz w miesiącu, na koniec miesiąca rozliczeniowego, wystawi fakturę VAT w wysokości 1/... wartości rocznej obsługi serwisowej.
2. Płatność faktury VAT nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Jako data zapłaty faktury rozumie się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.

§ 5. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia **12.05.2022r.** do

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może dochodzić swych roszczeń na zasadach ogólnych.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci rekompensatę w wysokości 20% ceny umowy.
3. Obie strony mogą dochodzić swoich praw na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Wykonawca może dokonywać sprzedaży wierzytelności powstałych z tej umowy osobom trzecim, jedynie za zgodą Zamawiającego.
6. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Zakres umowy
2. Zakres czynności
3. Umowa powierzenia
4. Klauzula informacyjna
5. Formularz zgłoszenia naruszenia dla podmiotu przetwarzającego

