

## CZEŚĆ 2

Mława, dnia 21.07.2022r.

Nasz Znak SPZOZ L.dz. 1562/2022

Dotyczy: zapytania ofertowego pod nazwą:  
**„Dostawę rezonansu magnetycznego oraz Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego”  
NUMER SPRAWY SPZOZ L.dz. 1438/2022**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada na zadane pytania:

### **Pytanie nr 1**

#### **Dotyczy Ogłoszenia**

Zamawiający w rozdziale 7 Warunki udziału w postępowaniu wymaga, aby wykonawcy przedłożyli:

*Zestawienia wykonanych w ostatnich trzech latach liczonych od ostatecznego terminu składania ofert, dostaw na rezonanse magnetyczne wraz z adaptacją pomieszczeń z potwierdzeniem należytego wykonania umowy o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł każda (referencje lub potwierdzenie należytego wykonania umowy), z zastrzeżeniem, że min. jedna z dostaw musi obejmować swoim zakresem również adaptację pomieszczeń. Wystarczy podać minimalną ilość (2 dostawy) spełniającą stawiany warunek – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.*

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania ww. warunku, wykaz dostaw obejmujący swoim zakresem dostawy tomografów komputerowych wraz z adaptacją pomieszczeń. Biorąc pod uwagę fakt, że warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zamyśle ustawodawcy ma na celu potwierdzenie zdolności potencjalnego wykonawcy do wykonania zamówienia, umożliwienie wykonawcy złożenia wykazu zawierającego ww. zrealizowane dostawy wraz z adaptacją pomieszczeń w pełni potwierdza ww. zdolność wykonawcy do realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia warunek na następujący: Zestawienia wykonanych w ostatnich trzech latach liczonych od ostatecznego terminu składania ofert lub w trakcie realizacji dostaw na rezonanse magnetyczne/tomografy komputerowe wraz z adaptacją pomieszczeń z potwierdzeniem należytego wykonania umowy o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł każda (referencje lub potwierdzenie należytego wykonania/realizacji umowy), z zastrzeżeniem, że min. jedna z dostaw musi obejmować swoim zakresem również adaptację pomieszczeń. Wystarczy podać minimalną ilość (2 dostawy, w tym przynajmniej jedna z dostaw powinna dotyczyć dostawy rezonansu magnetycznego) spełniającą stawiany warunek – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.**

### **Pytanie nr 2**

#### **Dotyczy Ogłoszenia**

W ww. dokumencie, Zamawiający w rozdziale 8 wymaga złożenia wraz z ofertą:

## CZEŚĆ 2

*Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce*

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez powyższy zapis dopuszcza również możliwość przedłożenia powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych o wprowadzeniu danego wyrobu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o wyrobach medycznych) wymóg dokonania zgłoszenia nie dotyczy dystrybutorów, którzy mają obowiązek dokonania powiadomienia. Praktycznie wszyscy potencjalni wykonawcy oferujący urządzenie będące przedmiotem zamówienia mają status „dystrybutora”.

**Odpowiedź: TAK, potwierdzamy.**

### **Pytanie nr 3**

#### **Dotyczy Ogłoszenia**

W rozdziale 8 Zamawiający wymaga załączenia do oferty:

*Dokument potwierdzający, że urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych;*

Prosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Zamawiający w pkt. 1a) i 1b) rozdziału nr 8, wymaga już dokumentów, które potwierdzają, że urządzenie jest dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie jaki konkretnie dokument wykonawcy mają załączyć do oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pyt. 2**

### **Pytanie nr 4**

#### **Dotyczy Ogłoszenia**

Zamawiający w pkt. 13.7 rozdziału 13 wymaga:

*Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zadania nr 2 finansowanego ze środków własnych SPZOZ w Mławie w wysokości 2% wartości brutto umowy.*

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wysokość 2% wartości brutto umowy dotyczy wartości określonej dla zadania nr 2 a nie dla całego (zad. nr 1 + zad. nr 2) przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany, z uwagi na zmianę kar umownych tj. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zadania nr 1 i 2 przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości brutto umowy.**

### **Pytanie nr 5**

#### **Dotyczy zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne**

Punkt 175 ww. załącznika brzmi:

175.	<i>Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim lub angielskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego</i>	Tak		Bez oceny
------	---	-----	--	-----------

## CZEŚĆ 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy nie mają obowiązku załączania do oferty wskazanych w powyższym punkcie dokumentów.

W przypadku konieczności ich przedłożenia prosimy o potwierdzenie, że względu na fakt, że żaden z producentów urządzeń nie tworzy dokumentacji (folderów, katalogów itp.), która potwierdzałaby wszystkie parametry techniczne opisywane przez Zamawiających, wykonawcy mogą potwierdzić nie występujący ww. dokumentach, parametr lub funkcjonalność przedmiotu zamówienia, np. oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub oświadczeniem własnym wykonawcy.

**Odpowiedź: Potwierdzamy**

### Pytanie nr 6

**Dotyczy zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy**

Zamawiający w art. 6 ust. 2b) napisał:

*Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do:*

- wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę powyższego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:

*Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do:*

wymiany podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej jego naprawy

System rezonansu magnetycznego będący przedmiotem zamówienia jest urządzeniem złożonym z wielu podzespołów, które w przypadku awarii w wielu przypadkach są niejako „z automatu” wymieniane na nowe. Wymóg, aby wymieniać całe urządzenie w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu jest wymogiem nie uzasadnionym. W praktyce, pozostawienie zapisu w obecnym kształcie mogłoby skutkować wymianą całego urządzenia wartego kilka milionów złotych, np. z powodu trzykrotnej naprawy jednego z przycisków. Ponadto, aby móc wypełnić postanowienia umowy wykonawca musiałby de facto mieć „na magazynie” przez cały okres gwarancji drugi gotowy aparat w określonej konfiguracji, który „w razie czego” mógłby dostarczyć. Konieczność ustanowienia takiego „zabezpieczenia” z całą pewnością musiałaby znaleźć odzwierciedlenie w cenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany na następującą: Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do: wymiany podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej jego naprawy**

### Pytanie nr 7

**Dotyczy zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy**

W art. 9 ww. dokumentu Zamawiający określił sposób naliczania oraz wysokość kar umownych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę części zapisów i nadanie im następującego brzmienia:

*Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:*

- a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000 zł. za każdy dzień opóźnienia za pierwsze 30 dni.*
- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Czas opóźnienia liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad. Licząc od 31 dnia za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.*

**Odpowiedź: Modyfikacja zapisu wg treści jn. przy czym zamawiający zwraca uwagę na zapisy artykułu 9 ust. 2 dot. odszkodowania**

**Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:**

---

## CZEŚĆ 2

- a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000 zł. za każdy dzień opóźnienia za pierwsze 30 dni, za kolejne 15 dni (tj. 31 do 45 dni) 20.000 zł za każdy dzień.
- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Czas opóźnienia liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad. Licząc od 31 dnia za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

### **Pytanie nr 8**

#### **Dotyczy zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy**

Zamawiający w art. 14 opisał warunki ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia.

Ze względu na fakt, że przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa zadania, uprzejmie prosimy o możliwość przedłożenia dwóch polis ubezpieczeniowych (wykonawca i podwykonawca), których suma odpowiadałaby wartości wynagrodzenia brutto.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę**

---