

Mława, dnia 27.04.2018r

Nasz Znak SP ZOZ ZP 96/2018

dot. SP ZOZ ZP 48/2018

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą
„Dostawy sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada na zadane pytania do SIWZ:

Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 i 2) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo foliowy z fałdą o wymiarach 200mm x 55mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 200mm x 50mm x 100m? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo foliowy z fałdą o wymiarach 250mm x 60mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 250mm x 50mm x 100m? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo foliowy z fałdą o wymiarach 75mm x 35mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 75mm x 25mm x 100m? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
5. Pakiet 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa w rozm. 250x60mm (zamiast 250x50mm)? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy pakietu nr 3

1. Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 szt.? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 szt.? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. Pozycja 3 – Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

Dotyczy pakietu nr 11

1. poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley pakowane podwójnie wewnątrz folia – folia zewnątrz folia – papier oraz sterylizowane tlenkiem etylenu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
2. Poz. 3: czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu bez regulowanych nosków o długości 200cm? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
3. Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z czterema naprzemianległymi otworami bocznymi, reszta parametrów zgodnie ze SIWZ? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
4. Poz. 9: Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości ok. 200cm? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
5. Poz. 10: Czy Zamawiający dopuści dreny do tlenu sterylne o długości ok. 200cm? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy pakietu nr 12

1. Pozycja 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. kaniula do podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, posiadającą blokadę zabezpieczającą przypadkowe otwarcie zaworu portu górnego, min. 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, komorę z filtrem hydrofobowym, zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, sterylizowana EO. kodowana kolorami, rozmiar 24G/19 mm; 22G/25 mm, 20G/25mm , 20G/32 mm, 18G/32 mm, 18G/45fTlm, 17G/45 mm, 16G/45 mm, 14G/45 mm. – **Odp. Zamawiający dopuści równoważny produkt, pod warunkiem iż proponowana kaniula posiada port boczny zamykany korkiem umieszczony centralnie w osi skrzydełek (nie wystający poza obrys skrzydełek) , przyczyniający się do obniżenia częstotliwości zapalenia żyły powstającego w wyniku podrażnienia mechanicznego żyły podczas obsługi portu bocznego oraz posiada mechanizm zatraskowy na kolumnie portu uniemożliwiający przypadkowe otwarcie się koreczka portu górnego. Zmniejsza ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu, upoważnionego do przeprowadzenia procedury kaniulacji.**
2. Pozycja 9 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji z pakietu co pozwoli na złożenie oferty większej ilości oferentów. – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Dotyczy : Zadania nr 12 pozycja - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji z pakietu co pozwoli na złożenie oferty większej ilości oferentów – **Odp. Brak wskazania pozycji.**

Dotyczy pakietu nr 22

1. poz. 1, 2. 4. - 1. Czy Zamawiający dopuści podanie cen za op=100szt rękawic? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. poz. 1, 2. 4 - Czy Zamawiający dopuści podanie cen za szt. do czterech miejsc po przecinku? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
3. **Poz. 1** - Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty dokumentu jednostki niezależnej na przenikanie przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.60 minut)? – **Odp. NIE**

Dotyczy pakietu nr 27

1. Pakiet 27, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Pakiet 27, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm z dwoma dźwigniami – zamykającą i spustową, ładunek do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) - Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy pakietu nr 29

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby Torba na wymiociny posiadała sztywny trójkątny plastikowy ustnik dopasowany do anatomicznego kształtu twarzy jak używane do tej pory w Szpitalu ? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
2. Czy zamawiający wymaga aby Torba na wymiociny posiadała opakowanie jednostkowe ? Zapobiega to osiadaniu potencjalnych zanieczyszczeń i drobnoustrojów bezpośrednio na wyrobie i zmniejsza ryzyko zakażenia na poszczególnych etapach transportu do szpitala i finalnie w szpitalu do pacjenta. – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
3. Czy Zamawiający wymaga by Torba na wymiociny spełniała wymóg art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 i 1918) czyli powinna posiadać instrukcje obsługi/użycia w języku polskim oraz etykietę z nazwą wyrobu w języku polskim? – **Odp. Każdy asortyment winien spełniać minimalne wymagania**

nałożone przepisami krajowymi. Zamawiający nie wymaga więcej niż jest to konieczne do dopuszczenia asortymentu do sprzedaży.

Dotyczy pakietu nr31

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie niżej wymienionych pozycji.

Pozostałe materiały			
48	Wiertła do kości Ø 1,8 ÷ 4,5mm L= 100mm ÷ 250mm	szt	4
49	Wiertło kaniulowane do w/w wkrętów	szt	3
50	Wkrętak do w/w wkrętów	szt	1
51	Wkrętak do w/w wkrętów	szt	2
52	Kleszcze do cięcia drutu max Ø 3,0mm Hercules 23cm	szt	1
53	Kleszcze do wyginania drutu - 170mm	szt	1
54	Piła amputacyjna 220mm lub 285mm	szt	1
55	Igła Lichtwitz, Luer-Lock, 10cm	szt	3
56	Filtr papierowy pak.100	szt	4
57	Zestaw ostrzy utwardzanych do kleszczy typu Herkules	kpl	2
58	Zestaw szczęk gumowych do kleszczy typu Herkules	kpl	3
59	Opaska zaciskowa pneumatyczna, pojedyncza na udo	szt	2
60	Podważka Langenbeck 8	Szt.	1
61	Nożyczki odgięte MAYO 15cm	Szt	5
62	Nożyczki odgięte METZENBAUM-1 23cm	Szt	5
63	Pinceta chirurg. Standard 1:2, 13cm	Szt.	5
64	Pinceta chirurg. Standard 1:2, 16cm	Szt	5
65	Kleszczyki delikatne odgięte Pean 14cm	Szt	10
66	Kleszczyki delikatne Kocher 14cm proste	Szt.	10
67	Kleszczyki Wertheim 23cm	Szt	5
68	Hak Kocher 1-z., 21,5cm ostry większy	Szt	1
69	Hak Kocher 1-z., 21,5cm tępy większy	Szt.	1
70	Sonda ginekologiczna Sims giętka z podziałką 32cm	Szt	1
71	Igłotrzymacz prosty MAYO-HEGAR 16cm	Szt.	5
72	Taca z drutu stalowego 255x250x50mm	Szt	4

– Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 54-72 tolerancje długości narzędzi +/- 5 mm ?

– Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 35

1. pakiet 35 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic

- (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 35 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
3. pakiet 35 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 35 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
5. pakiet 35 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 35 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**
7. Pakiet nr 35, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm (długość od mufy- 19cm), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm),36cm (długość od mufy- 31cm), 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcijnymi, usztywniaczem. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
8. Pakiet nr 35, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm (długość od mufy- 19cm), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm),36cm (długość od mufy- 31cm), 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcijnymi, usztywniaczem. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. Pakiet nr 35, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętnicznymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm oraz cewnik 12Fr z ramionami zakrzywionymi o długości 15cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,znaczona

przewodnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 pozycji 2 oraz pozycji 4 z Pakietu nr 35 i stworzy osobny pakiet? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy pakietu nr 45

1. Pakiet 45, pozycja 1

- Czy poprzez sprecyzowanie parametru grubości myjki tj. nie mniej niż 5 mm Zamawiający ma na myśli myjki o gramaturze minimum 100g/m² ? Tylko myjki o takiej gramaturze spełniają parametr grubości wymagany przez Zamawiającego. – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
- Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
- Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem. – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

2. Pakiet 45, pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek pakowanych po 30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 16 opakowań. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
- Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z miękką polietylenową szczecina z jednej strony i poliuretanową gąbką z drugiej? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy pakietu nr 46

1. Pakiet 46, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści 12 szt. jednorazowego staplera liniowego z nożem, o długości linii szwu 57mm, załadowanego ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm), standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) lub grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Pakiet 46, pozycja 2 - Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić tę pozycję do odrębnego pakietu? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
3. Pakiet 46, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści 18 szt. jednorazowego staplera liniowego z nożem, o długości linii szwu 102mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) lub grubej (wysokość zszywki po zamknięciu

2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. Pakiet 46, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler do mocowania siatek przepuklinowych, średnica ramienia 5 mm, zawierający 25 syntetycznych, wchłanianych zszywek o dwóch miejscach przyczepnych do tkanki, długość części penetrującej tkankę 6,7 mm, stapler posiadający wskaźnik zużycia zszywek? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy pakietu nr 52

1. Czy w ramach Pakietu nr 52 Zamawiający dokona modyfikacji adnotacji o treści (cyt.):

UWAGA!!! *W przypadku zaoferowanych zamienników w/w produktów Zamawiający wymaga od wykonawców zaoferowania akcesoriów do strzykawki NEMOTO Dual Shot Alpha, które są w pełni KOMPATYBILNE z modelem wstrzykiwacza, jaki Zamawiający eksploatuje (kompatybilność potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta urządzenia i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego), czyli akcesoriów, które pozytywnie przeszły stosowne próby i testy, jakim były poddane przez producenta stosowanych urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, a więc nie spowodują usterek w działaniu aparatu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji i rękojmi, udzielonych na wstrzykiwacz NEMOTO, po prowadzonych naprawach, przeglądach i innych działaniach serwisowych.*

i nada jej proponowane brzmienie:

UWAGA!!! *W przypadku zaoferowanych zamienników w/w produktów Zamawiający wymaga od wykonawców zaoferowania akcesoriów do strzykawki NEMOTO Dual Shot Alpha, które są w pełni KOMPATYBILNE z modelem wstrzykiwacza, jaki Zamawiający eksploatuje (kompatybilność potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta oferowanych zestawów), czyli akcesoriów, które pozytywnie przeszły stosowne próby i testy, jakim były poddane przez producenta oferowanych zestawów, a więc nie spowodują usterek w działaniu aparatu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia*

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy SIWZ

1. Czy Zamawiający zaakceptuje jako oryginał, oświadczenie dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej, podpisane podpisem kwalifikowanym, przesłane e-mailem? – **Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ Zamawiający prowadzi postępowanie na zasadach sprzed nowelizacji ustawy PZP.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?-

Odp. Tak pod warunkiem że z oświadczenia będzie wynikało, iż Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Dotyczy wzoru umowy

1. Dotyczy zapisów projektu umowy §3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie do zapisów umowy ust. o następującej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ? – **Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian.**
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody**

Jacek Białobłocki

Dyrektor SP ZOZ w Mławie