

Mława, dnia 21.09.2018r

Nasz Znak SP ZOZ ZP 301/2018

dot. SP ZOZ ZP 297/2018

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą
„Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą stacji zgazowania
ciepłego tlenu medycznego”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada na zadane pytania do SIWZ:

1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z załącznika nr 2 – Wykazu asortymentu Pozycji 11,12,13,14,15 i utworzenie nowego pakietu – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**
2. Czy, mając na względzie zasady uczciwej konkurencji, Zamawiający pozwoli na zaoferowanie gazu mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50% / 50% w butlach o pojemności wodnej 11 litrów? Jednocześnie zobowiązujemy się do należytego przeliczenia wymaganej przez Zamawiającego liczby butli, a mianowicie: 45 butli x 2,8 m³ gazu (butla 10l) = 126 m³ gazu (ilość gazu wymagana w m³) 126 m³ : 3,23 m³ (butla 11l) = 39 butli - **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
3. Mając na uwadze wygodę personelu, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butli, której podstawa zaopatrzona jest w kółeczka, umożliwiające jej łatwe transportowanie. Podstawa na kółeczkach jest integralną częścią butli i nie zmniejsza jej stabilności - **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
4. Ponieważ Zamawiający stosuje gaz mieszaninę tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50% / 50% w **położnictwie**, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, **posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie** (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w

Charakterystyce Produktu Leczniczego? – **Odp. Zamawiający nie wymaga. Wymaga się aby przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego mieszaną podtlenku azotu i tlenu 50% / 50% („na żądanie”) gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zawór dozujący jest tzw. *strefą dotykową* - czyli podlegającą dezynfekcji. – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
6. Czy, mając na uwadze możliwość zanieczyszczenia/kontaminacji, a także uszkodzenia wnętrza zaworu dozującego w okresie, kiedy nie jest używany, czyli ustnika, Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był zintegrowany z zaworem wydechowym, tworząc bezpieczną strefę bezdotykową, w której nie ma możliwości przypadkowego uszkodzenia zaworu, a przede wszystkim zanieczyszczenia/kontaminacji? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**
7. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania standardowych, jednorazowych wyrobów medycznych, ustników z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenie tego oświadczeniem producenta? – **Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.**

Jacek Białobłocki

Dyrektor SP ZOZ w Mławie