

Mława, dnia 03.01.2019r

Nasz Znak SP ZOZ ZP 2/2019

dot. SP ZOZ ZP 476/2018

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą

„Dostawa aparatu ultrasonograficznego”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada na zadane pytania do SIWZ:

1. DOTYCZY pkt. I.3 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Ilość niezależnych kanałów min 1 000 000”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada 331 776 procesorowych kanałów odbiorczych. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
2. DOTYCZY pkt. I.7 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Rozdzielczość monitora: full HD 1080 P”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada rozdzielczość monitora 1600x900 – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
3. DOTYCZY pkt. I.11 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min 10”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min 8.4” – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. DOTYCZY pkt. I.12 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Klawiatura qwerty wyświetlana na ekranie dotykowym”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który nie posiada klawiatury qwerty wyświetlanej na ekranie dotykowym. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
5. DOTYCZY pkt. I.15 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji

obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych)". Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, DICOM, AVI, WMP (dla pętli obrazowych).

– **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

6. DOTYCZY pkt. I.22 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 5 sekund.” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund. – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
7. DOTYCZY pkt. II.5 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B, Color oraz PW za pomocą jednego przycisku.”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz PW za pomocą jednego przycisku. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
8. DOTYCZY pkt. II.6 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi.”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 3 kierunków sterowania liniami obrazowymi. Zastosowanie dużej ilości kątów powoduje, że aby uzyskać pożądaną zmianę obrazowania trzeba wykonać wiele ruchów. Mniejszy wybór, bardziej zoptymalizowanych częstotliwości pozwala łatwo wybrać potrzebną w danej chwili częstotliwość. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
9. DOTYCZY pkt. IV.2 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min 0,5-25mm.” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada regulację wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min 01-20mm. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

- 10.DOTYCZY pkt. XIII.7 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Maksymalna głębokość penetracji (cm) min. 16cm”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada głowicę liniową elektroniczną o głębokość penetracji (cm) 10 cm.
– Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
- 11.DOTYCZY pkt. XIV.1 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Zakres częstotliwości pracy przetwornika (MHz) min. 1,1-4,8 MHz.”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada głowicę sektorową elektroniczną o zakresie częstotliwości 1,4-4,8 MHz. – Odp. Zamawiający dopuszcza.
- 12.DOTYCZY pkt. XIV.7 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Maksymalna głębokość penetracji (cm) min. 30cm”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który posiada głowicę sektorową elektroniczną o głębokość penetracji (cm) 28 cm.
– Odp. Zamawiający dopuszcza.
- 13.DOTYCZY pkt. XV.3 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń.” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który nie możliwości rozbudowy z zastosowaniem technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. – Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
- 14.DOTYCZY pkt. XV.5 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Zintegrowane oprogramowanie do automatycznego pomiaru pęcherzyków ciążowych.” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który nie możliwości rozbudowy o zintegrowane oprogramowanie do automatycznego pomiaru pęcherzyków ciążowych.
– Odp. Zamawiający dopuszcza.
- 15.DOTYCZY pkt. XV.6 załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga: „Zintegrowane oprogramowanie do automatycznych pomiarów położniczych.”. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu USG, który nie możliwości rozbudowy o zintegrowane oprogramowanie do automatycznych pomiarów położniczych. – Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
- 16.Ad. Załącznik nr 2, tabela nr I, pkt. 3). Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie

przewyższający minimalne wymagania SIWZ z ilością kanałów przetwarzania wynoszącą powyżej 500 000? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

17.Ad. Załącznik nr 2, tabela nr II, pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ z zakresem bezstratnego powiększenia obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE - 8X? W praktyce funkcji zoom wykorzystuje się trakcie badania tj w czasie rzeczywistym a w takich warunkach proponowany przez naszą firmę aparat posiada zoom powyżej 60X. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

18.Ad. Załącznik nr 2 tabela nr VI, pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ, nie posiadającego funkcji wykrywania i zapobiegania artefaktom ruchowym w trakcie pracy w trybie kolorowego Dopplera. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

19.Ad. Załącznik nr 2, tabela nr XIV, pkt. 1; pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ z głowicą sektorową wieloczęstotliwościową typu „phased array” do badań kardiologicznych wykonaną w technologii tradycyjnej matrycy i zakresie częstotliwości pracy od 2 do 4 MHz i liczbie elementów wynoszącej 80. – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

20.Ad. Załącznik nr 2, tabela nr XV, pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o zintegrowane oprogramowanie do automatycznego pomiaru pęcherzyków w jajniku - zamiast oprogramowania do automatycznego pomiaru pęcherzyków ciążowych? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

21.Ad. Załącznik nr 3 projekt umowy. dotyczy § 4 ust. 5. Czy Zamawiający zmieni zapis z „Reklamację będą załatwiane w terminie 7 dni roboczych. Poprzez reklamację rozumie się pełną naprawę aparatu.” na „Reklamację będą załatwiane w terminie 7 dni roboczych a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 10 dni roboczych. Poprzez reklamację rozumie się pełną naprawę aparatu.” ? – **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

22.Dotyczy: I - pkt 7. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium japońskiego producenta, który posiada monitor wielkości 17” LCD LED z matrycą IPS-Pro o rozdzielczości 1600x1200? – **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

23. Dotyczy: I - pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium japońskiego producenta, który w wielu punktach przewyższa podane wymagania ale tryb hibernacji systemu z możliwością odłączenia zasilania odbywa się w czasie znacznie przewyższającym 30 minut natomiast szybkie wznowienie pracy następuje po 35 sek.?
– **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

24. Dotyczy: XIII – pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf klasy Premium japońskiego producenta, który w wielu punktach przewyższa podane wymagania z maksymalną głębokością obrazowania przy sondzie liniowej 12 cm? – **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Jacek Białobłocki

Dyrektor SP ZOZ w Mławie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
tel./fax 23 654 32 35; fax 23 654 32 40
REGON 000302474, NIP 569-14-26-619
e-mail: sekretariat@szpitalmlawa.pl
(12)

DYREKTOR
lek. Jacek Białobłocki