

**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ KOAGULOMETRÓW
(GŁÓWNEGO-AUTOMATYCZNEGO, ZASTĘPCZEGO-MANUALNEGO).**

Kryteria oceny ofert (dotyczy pakietu nr 1)

	PARAMETRY OCENIANE	Spełnienie warunku TAK/NIE	Ilość punktów
1	Możliwość umieszczenia min 60 próbek pacjentów na pokładzie analizatora		Tak – 10 pkt Nie – 0 PKT
2	Możliwość jednorazowego załadowania min 400 kuwet		Tak – 10 pkt Nie – 0 PKT
3	Mieszanie osocza i odczynnika w kuwecie pomiarowej za pomocą ramienia przenoszącego kuwety (brak mieszadła w kuwecie pomiarowej).		Tak – 10 pkt Nie – 0 PKT
4	Dwa wbudowane czytniki kodów kreskowych – kontrolne skanowanie próbki pacjenta bezpośrednio przed wykonaniem oznaczenia		Tak – 10 pkt Nie – 0 PKT