

SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI

Kryteria oceny ofert (dotyczy pakietu nr 4)

	PARAMETRY OCENIANE	Spełnienie warunku TAK/NIE	Ilość punktów
1	Gwintowane zamknięcie probówek		Tak – 20 pkt Nie – 0 PKT
2	Wszystkie elementy mogące mieć kontakt z krwią (igły , motylki , probówki) muszą być finalnie sterylizowane poziom $SAL \geq 10^{-6}$		Tak – 5 pkt Nie – 0 PKT
3	Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta - dołączyć oświadczenie wydane przez producenta systemu.		Tak – 15 pkt Nie – 0 PKT
4	Długość drenu przy igłach motylkowych <12cm		Tak – 5 pkt Nie – 0 PKT
5	Probówki do koagulologii o konstrukcji podwójnej ścianki lub wykonane w technologii probówka w probówce.		Tak – 10 pkt Nie – 0 PKT