

**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA GŁÓWNEGO
I ZASTĘPCZEGO DO BADAŃ MET. IMMUNOENZYMATYCZNA**

Kryteria oceny ofert (dotyczy pakietu nr 6)

	PARAMETRY OCENIANE	Spełnienie warunku TAK/NIE	Ilość punktów
1	Kalibracja i rekalkibracja przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów		Tak – 5 pkt Nie – 0 PKT
2	Możliwość oznaczania probówek pediatrycznych, objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 µl		Tak – 10 pkt Nie – 0 PKT
3	Odczynniki do oznaczeń TSH, fT3, fT4 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.		Tak – 10 pkt Nie – 0 PKT
4	Test do oznaczania beta HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów		Tak – 10 pkt Nie – 0 PKT
5	Szybkość otrzymania wyników Troponiny poniżej 10 minut.		Tak – 5 pkt Nie – 0 PKT

KIEROWNIK
Laboratorium Centralnego
mgr o.n. med. Monika Wesołowska
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

INSPEKTOR
s. Zamówień Publicznych

mgr Mariusz Gołębiowski